

分项报价表

项目编号：SDGP371521000202502000227/XYGZFCG-2025-187
单位：万元

序号	名称	品牌(产地)	规格	技术参数	数量	单位	单价	合价
1	微生物鉴定及药敏分析系统	广东珠海	DL-96A	1.适用范围：用于进行致病菌的鉴定和抗菌药物 MIC 半定量分析。 2.检测方法：鉴定：采用生化酶反应显色法；药敏：试验采用比浊法。 3.鉴定种类：提供临床常见11大类，超过600种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌等。 4.药敏种类：根据CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和	1	台	239000.00	239000.00

			S、I、R敏感度。 5.仪器容量：仪器可同时容纳≥60个测试卡。 6.自动化功能： 6.1仪器开机自检，采用高精度图像识别技术，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。 6.2仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告。 6.3自动检测功能：仪器自动识别条形码，自动孵育、自动判读结果，检测完成的试剂板可自动返回培养位置，也可自动废弃到仪器收集装置。 6.4仪器和自动加样仪为分体结构，可灵活配置自动加样仪数量并可在生			
--	--	--	---	--	--	--

				物安全柜内自动加样，避免样本污染确保生物安全。 6.5板卡判读之前，添加辅助试剂，生化反应更准确。 7.统计分析：软件可实现综合数据统计分析，预置≥20余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。 8.管理系统：具备院内微生物感染管理功能，支原体分析软件可统计分析支原体检测结果。 9.高级专家管理系统： 9.1具备高级专家系统，可提≥20种示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。 9.2高级专家系统可提示药敏报告中不合理现象以及临床医师用药时要注意的问题等。 9.3抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、G、Int组报告药敏结果。 10. 可与同品牌的质谱仪物联，质谱鉴定结果直接传输到仪器上，无需手工录入。 11.实验室信息系统:提供同品牌药敏监测数据分析中间件软件，可连接LIS系统，自动审核并导出符			
--	--	--	--	---	--	--	--

			合CARSS数据标准的文件，并可检查罕见耐药表型对重点耐药监测指标进行预警。 12.机身结构： 采用主机一体化结构设计，计算机系统、温育系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。 13.药敏板卡： 13.1 配套临床常见菌测试板卡：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌、微球菌）鉴定药敏复合板，同时具备药物种类和浓度梯度与复合板一致的单药敏板。 13.2 具备酵母样真菌、棒状杆菌、奈瑟氏菌/嗜血杆菌鉴定药敏板。 13.3 配套真菌药敏板，可检测酵母样真菌、隐			
--	--	--	---	--	--	--

				球菌、曲霉菌， 药物≥9种，拥有 新型三唑类药 物艾莎康唑。 13.4配套测试 板需所有药物 浓度设置满足 CLSI质控标准， 保证产品质量。 13.5鉴定药敏 测试卡采用透 明薄膜封闭，防 止检测过程中 孔位交叉污染， 且结果易于观 察。				
合计								23900 0.00

投标企业名称(加盖公章): 济南承航生物科技有限公司

法定代表人及授权代表签字:

陈复栋



备注: 1. 请将报价用小写数字填写; 单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表, 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件;

3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价;

注: 签章和盖章具有同等法律效力