

成本分析表

项目名称：聊城市第二人民医院全飞秒激光治疗仪采购项目

项目编号：SDGP371500000202502000138、XLCZFCG-2025-1049

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
1	飞秒激光 角膜屈光 治疗机	蔡司	VisuMax	1、 临床应用 1.1 飞秒激光机,用于角膜屈光手术，制瓣和全飞秒微创视力矫正手术 2、 主机 2.1 激光波长：≥1040nm 2.2 脉冲时间：220-580 fs 2.3 发射频率：≥500KHz 2.4 脉冲能量：50-300nJ 可调，5nj 步进 2.5 治疗激光聚焦光斑直径：<2.88um 2.6 最大激光输出功率：≤190mW 2.7 扫描模式：螺旋式扫描 2.8 扫面类型：上下层连续扫描无间断 2.9 扫描中心定位：患者固视下角膜顶点 2.10 角膜瓣厚度：80~220 μ m 2.11 角膜瓣侧切角可调范围：45° ~ 135° 2.12 角膜瓣蒂的位置：360°任意可调 2.13 角膜瓣蒂的夹角：48 - 90° 2.14 9mm 直径制瓣时间：≤20S 2.15 全飞秒手术激光时间<26S, 负压时间<30S, 带来舒适快捷的手术体验。 2.16 角膜瓣直径控制：电脑精确可调 2.17 角膜瓣形状：平坦，均一厚度 2.18 手术床：手术床具有自动负压反馈系统 2.19 负压吸引环：弧形曲面	1	套	910 万元	910 万元

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
				设计，符合人体角膜生理形状 2.20 垂直可视操作：手术全程在全视野显微镜下垂直观察操作，无倾斜视差 2.21 负压下患者可视：是 2.22 裂隙灯：内置，直接进行手术评估； 2.23 摄录像系统：内置摄录像系统，自动录制手术过程； 2.24 不间断电源 UPS：内置 2.25 具有飞秒制瓣，全飞秒微小切口透镜取出术。 2.26 全飞秒小切口透镜取出术手术治疗范围：球镜 -0.5D~-10D，柱镜 0.25D~5D 2.27 环形切削（circle）功能：可以将微小切口透镜取出术扩展为飞秒制瓣。 2.28 环形切削参数：深度 80-240um，环切外径 5.0-9.7mm 2.29 负压吸引环：型号≥3 种（大、中、小号），弧形曲面，符合各类人群角膜生理形状及大小，避免高眼内压。 2.30 具备角膜测量分析功能 2.31 满足全飞秒器械快速消毒功能				
合计	/	/	/	/	/	/	910 万元	910 万元

供应商名称： 山东名曜科技有限公司 （签章）

法定代表人（负责人）或授权代理人签字或签章： 葛炎

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件；

注：签章和盖章具有同等法律效力。