

分项报价表

项目编号：SDGP371521000202502000278、XYGZFCG-2025-240、

YGZC-20250170

单位：元

序号	报价内容	型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	单 价	合 价
1	数码裂隙灯显微镜	S350	详见后附技术参数表	1	台	美沃	上海	49876	49876
2	电脑验光仪（含角膜曲率计）	FKR-8900	详见后附技术参数表	1	台	法里奥	宁波	22856	22856
3	瞳距仪	WB-1103D	详见后附技术参数表	1	台	文邦	台州	883	883
4	便携式非接触眼压计	TH1	详见后附技术参数表	1	台	佳目医疗	浙江	83113	83113
5	眼科 A/B 型超声诊断仪	SW-2100	详见后附技术参数表	1	台	索维电子	天津	57140	57140
6	综合验光台	VT-10A	详见后附技术参数表	1	台	中远享通	廊坊	30128	30128
7	验光插片箱	JS-266-I	详见后附技术参数表	1	台	兴达光学	丹阳	1350	1350
8	试戴架	TF-AT	详见后附技术参数表	1	套	维真医疗	台州	831	831
9	灯箱视力表	LED 大号	详见后附技术参数表	1	个	华龙医疗	丹阳	623	623
10	超声波清洗机	GA013G	详见后附技术参数表	1	台	冠博	深圳	831	831
11	干眼雾化仪	VCR-003	详见后附技术参数表	1	台	双盛医疗	丹阳	39478	39478
12	医用放大镜	90D	详见后附技术参数表	1	台	美沃	上海	1558	1558
13	检眼镜	YZ6E	详见后附技术参数表	1	台	六六	苏州	1246	1246

14	门诊手术照明辅助灯	KSY200	详见后附技术参数表	1	台	康硕医疗	曲阜	779	779
15	手术显微镜	YZ20T4	详见后附技术参数表	1	台	六六	苏州	88307	88307
16	电动手术床	M100	详见后附技术参数表	1	张	一迈医疗	曲阜	11843	11843
17	白内障套包	白内障套包	详见后附技术参数表	1	套	协和医疗	苏州	1558	1558
18	肾肉器械套包	肾肉器械套包	详见后附技术参数表	1	套	协和医疗	苏州	1350	1350
19	显微镜影像工作站	HD-6.0	详见后附技术参数表	2	套	万目	上海	28050	56100
合计								449850	

投标人名称（公章）：上海万目仪器科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或签章）：马文丽

备注：1. 请将报价用小写数字填写。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价。



马文丽

马文丽

技术参数表
数码裂隙灯显微镜
1.1 显微镜系统性能
显微镜类型：伽利略平行夹角式(内置黄色滤色片)
变倍方式：5 档转鼓变倍式
放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X
目镜倍率：12.5X
目镜夹角：10°
瞳距调节范围：52mm~80mm
屈光度调节：-8D ~+8D
视场直径：Ø36.2mm、Ø22.3mm、Ø14mm、Ø8.9mm、Ø5.7mm
1.2 照明系统性能
裂隙宽度：0~14mm 连续可调(在 14mm 时,裂隙呈圆形)
裂隙长度：1~14mm 连续可调
光阑大小：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm
裂隙角度：0° ~180°
裂隙倾斜：5° 、10° 、15° 、20°
滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
灯源：卤素灯



马子丽

照度：150klx
1.3 电源
输入电压：~100-240V
输入频率：50Hz/60Hz
额定电流：1.2A
输出电压：卤素灯 6V
1.4 采集设备性能
图片分辨率：2400 万
图片格式：JPEG
输出接口：USB
1.5 电脑配置
主机：8G 内存 256GB SSD+1TB 硬盘
显示器：1920*1080 23.8 英寸
系统：Windows 10 操作系统
打印机：A4 幅面彩色打印机
电脑验光仪（含角膜曲率计）
R&K 模式：测量屈光度和角膜曲率
REF 模式：测量屈光度
KRT 模式：测量角膜曲率



马文丽

CLBC 模式：测量隐形眼镜基弧曲率
顶点距 (VD) : 0MM、12.0MM、13.75MM、15.00MM
球镜度：-20.00D~+20.00D (0.12D/0.25D 步长) (VD=12MM)
轴位：1° ~180° (步长 1°)
瞳距范围：45MM~85MM (0.5MM 精度)
最小测量瞳孔直径：φ 2.0MM
视标：自动云雾图
角膜曲率半径：5.00MM~10. MM (0.01MM 步长)
角膜屈光度： (33.00~67.00) D (0.12D/0.25D 步长)
角膜散光度 : 0.00~-15.00D (0.12D/0.25D 步长)
轴位：0° ~180° (每步 1°)
角膜直径：2.0MM~12.0MM (1MM 精度)
显示器：5.7 英寸液晶显示器
内置打印机：热敏打印机
节电方式：5 分钟无操作自动屏保
电源参数：AC110V~240V;50/60HZ
光路设计：旋转棱镜技术应用
瞳距仪
瞳距测量范围：至少 50-80MM, 最大读数步进值不大于 0.5MM
示值误差：最大允许误差为±0.5MM



马文丽

不对称性误差：最大允许误差为±0.5MM
舍入误差的绝对值：应不大于 0.5MM
目标距离：无穷远、200CM\100CM\65CM/40CM/35CM/30CM
自动关机时间(初始设定为)：停止使用后一分钟自动关机，也可手动关机
便携式非接触眼压计
测量范围：1-60mmHg (包括在 30/60mmHg 间自动切换)
测量增量：1mmHg
测量距离：11mm
对焦：全自动
使用方式：自测式
注视引导灯：蓝色引导灯
裂隙灯光源： 470umLED 符合 ISO 15004-2: 2007 眼科光源安全要求
高速 Scheimpflug 相机：分辨率 768x200，最大帧率 3400/秒
眼球定位摄像头：XYZ 三轴自动定位对准
显示屏：3.5 英寸彩色 TFT 显示屏
声音：可调音量外放喇叭，通过语音引导用户
运动追踪范围：XYZ 三轴移动追踪范围均为 12mm
吹气功能：30/60mmHg 量程自动切换



马文丽

眼压宝小程序：可在眼压宝查询本人历次眼压测量数据
WIFI：自动上传测量数据到眼压宝，无需手动上传
尺寸（宽 x 长 x 高）： 160±5mm x 268mm±5mm x 396±5mm
重量：4.5±1KG
电源：~100V-240V，50/60Hz，1.3A
眼科 A/B 型超声诊断仪
A 超
1. 探头频率：10MHz，内置发光管
2. 测量精度：±0.04mm
3. 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度
4. 测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼
5. IOL 公式：SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS
6. 统计计算：平均值和标准差
7. 存储：
可存储 10 次 A 超扫描结果
B 超
1. 探头频率：10 MHz 静音探头
2. 扫描方式：扇形扫描



马文丽

3. 放大功能：多级连续放大，实时放大
4. 分辨力：轴向 $\leq 0.2\text{mm}$
侧向 $\leq 0.4\text{mm}$
5. B 超几何位置精度：横向 $\leq 3\%$
纵向 $\leq 2\%$
6. 探测深度：60mm
7. 玻璃体和视网膜增强功能
8. 探头增益：30dB-105dB
9. 扫描角度：53 度
10. 图像灰级：256 级
11. 伪彩模式：多种伪彩
12. 测量类型：多组距离、周长及面积
13. 电影回放：100 幅图像回放，AVI、JPG 格式影像输出
其他
1. 显示模式：B、B+B、B+A、A
2. 所见提示：预置专家字典输入或手工输入
3. 检索功能：多关键字检索功能
4. 适合 WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7 等多种操作系统
5. 自定义报告模板
综合验光台



马文丽

组合台尺寸 1050x1080x1920mm
工作台尺寸 1020x480mm
摆臂升降行程 300mm
椅子升降行程 160mm
抽屉内尺寸 550x340x60mm
球镜度测量范围: +16.75D~-19.00D
步长: 0.25D
柱镜度测量范围: 0D~-6.00D (0D~-8.00D, 使用-2.00D 附加镜片时)
步长: 0.25D (0.12D, 当使用 0.12D 辅助镜片时)
柱镜轴位测量范围: 0°~180° , 步长: 5°
棱镜度测量范围: 0°~20△D, 步长: 1△D
瞳距: 50mm~80mm
额托调节: 16mm
近视力验光距离: 100mm~500mm
角膜顶点标记: 13.75mm、15.75mm、17.75mm
投影距离: 1.5m~6.0m
视标数量 30 个
遮罩数量: 全敞开 1 个; 水平方向 5 个; 垂直方向 8 个; 独立 21 个; 红绿 1 个
程序编程: 2 个独立程序, 每个最大记忆 30 步



马文丽

投影灯：LED，3W/3.2V
投影水平倾斜角度：±10°
验光插片箱
球镜：±0.12~±20.00D
柱镜：±0.12~±6.00DC
棱镜：0.5~8△
辅助镜片：14 片
镜圈直径：φ 380.2° mm
透光孔径：φ 36mm
试戴架
镜架材质：优质尼龙，单个重量 ≤35g，镜脚调节范围 90-99mm（每种规格从小到大一次递增 1mm）；瞳距规格：52、54、56、58、60、62、64、66、68、70；分度盘轴位刻度：165° -0° -180° -25°，轴位刻度沿镜框轴线逆时针方向分布，间隔为 5°；绕光轴旋转度数：可 360° 旋转
灯箱视力表
光源：LED。
外形尺寸：920mm*450mm*25mm。
功率：36W。
光照度：1500LUX。




马子丽

整机结构：优异的铝合金型材+ABS 工程塑角
发光方式：侧发光（LED 灯条通过导光板发光，保证光线柔和均匀无暗点）。
面板按照 GB11533-2011 标准采用丝网印刷工艺，标识清晰规范不褪色。
LED 光源寿命：≥100000h
整机厚度：2.5cm
安装类型：壁挂式
亮度调节：（可选配）
超声波清洗机
内槽尺寸：150*135*65mm，整机尺寸：175*165*125mm；容量：≥1.3L，频率：40HZ, 超声功率：80W（1 枚工业振头）时间控制：18 档可调
干眼雾化仪
治疗方式：超声雾化模块，氧疗模块，热敷模块集成一体化同步治疗
驱动气体：氧气或空气
风量控制：可自动风量, 手动风量
温度预设范围：模式 I 25-34℃
模式 II 25-37℃
温度显示误差范围：±2℃



马子雨

温度显示：LED 显示
超声雾化器自带氧气流量设定范围：1L/min-3L/min 可分 3 档氧气流量调节
雾化罐水温：≤60℃
雾化无水保护：磁浮开关
雾化频率：1.7MHz
雾化率：0.4ml/min—2.6ml/min
雾化药杯容量：0-160mL
雾化粒子中位粒径 D50：4um
雾化时间设定范围：0-600 分钟
雾化剩余时间显示方式：LED 倒计时显示
自动调温器：断开 65±3℃，接通 55±5℃
整机噪音：≤50dB
输入电压：220VAC/50HZ
最大功率：170VA
医用放大镜
放大率：0.75X, 静态视场角：94°，工作距离：5.0 mm，有效孔径：18 mm 尺寸结构：φ 25x13
检眼镜




马文丽

照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片
屈光度补偿 -35D~+20D 共 24 种屈光度
照明光源：6V/5W 卤钨灯泡
电源：AC220V/50Hz
门诊手术照明辅助灯
功率：≥3w 色温：6000K 鹅型软管：≥170mm 亮度（300mm）：≥70000lux
手术显微镜
助手镜可转变为对手镜，能满足眼科及其他科室多种手术需要，可根据需要连接示教、视频设备。
提供 F200/f250/f300 物镜，适用眼科，手外科及骨科手术。
斜照明可做裂隙，宽度可调，角度可 360° 旋转。
所有镜片运用多层镀膜技术，防止霉变，增强镜片透射率。
X/Y 移动自动复位
目镜倍率：12.5×/18B
主镜放大倍率：
F200:4×、6×、10×、16×、25×
F250:3.2×5×8×12.8×20×
F300:2.7×4.2×6.7×11×17×
副镜放大倍率：




马文丽

F200:6×、10×、1×
F250:5×8×12.8×
F300:4.2×6.7×11×
视度调节范围: ±7D
瞳距调节范围: 50mm~75mm
最高分辨率: 112 线对/mm
照明光源: 12V/100W, 冷反射医用卤钨灯泡
照明类型: 6° +0° 冷光源同轴照明和 25° 斜照明。斜照明可作裂隙照明
同轴照明物面照度: ≥50000lx
斜照明物面照度: ≥45000lx
横臂伸展半径: 1040mm
垂直调节范围(地面至大物镜): 850mm~1350mm
微调焦速度及行程: ≤2mm/s, ≥50mm
X/Y 坐标器移动速度及范围: ≤2mm/s, 50mm×50mm
电压: AC220V±22V/50Hz±1Hz、AC110V±11V/60Hz±1Hz
功率: 330VA
保险丝: AC250VT4.0A、AC125VT8.0A
电气安全标准: 执行标准 GB9706.1-2007、I 类
电动手术床




马文丽

三节式电动升降手术床, 台面尺寸: 2000*540mm, 台面升调高度: 500-730mm, 腿板调节范围: 可拆卸, 头板调节范围: 100/50mm 电压: 220v±22V50HZ
白内障套包
宽背, 1x2 齿, 头宽 0.3mm
直平台, 长柄, 头宽 0.3mm
双片结合式, 弧形 12mm
双头 <虹膜恢复器>
T 型钩 $\phi 0.2\text{mm}$ (晶体定位钩)
南氏勾, 刃长 1.8mm
钢丝封口
弯尖头
脛肉器械套包
宽背, 1x2 齿, 头宽 0.3mm
直头、1x2 钩
弯尖头
钢丝封口
弯头一体式, $\phi 8$ 网纹柄
弯头(巩膜剪)
球形



马文丽

扁平式
显微镜影像工作站
主机配置：处理器 intel i3, 内存 8G，存储硬盘 1000G，全高清 135 sRGB%色域显示器，IPS 显示面板尺寸 23.8 英寸
影像功能需求： 1. 全高清手术视频录制软件，可实时录制分辨率 1920x1080 显微镜下视频，拍照分辨率 1920x1080，7X24 小时不间断录像，录像过程支持暂停录制，暂停后录制的文件为同一个文件，录像软件需自带视频剪辑功能，含患者数据库，可加入医院网络； 2. 实时/回放时捕捉静态图像，支持 TIFF、BMP、JPG、PNG 格式，静态图片像素 200 万像素 3. 内置可编辑的打印模板，可按用户需求打印不同尺寸的病变照片，完善的患者数据库管理功能，可进行智能检索；支持光盘刻录功能。 激光打印复印一体机，自动双面打印，打印速度≥30 页/分，进纸盒≥250 页封闭纸盒，耗材可用 3000 页大容量粉盒。



马文