



聊城市人民医院医疗设备更新采购项目（八）

# 招标文件

项目编号：SDGP371500000202502000638

项目名称：聊城市人民医院医疗设备更新采购项目（八）

采购人：聊城市人民医院

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日期：二〇二五年十二月

## 目录

第一章 招标公告 .....	3
第二章 供应商须知 .....	8
第三章 项目说明 .....	20
数字化 X 线摄影系统 (DR) 数量: 1 套 .....	20
其他要求 .....	24
第四章 开标、评标、定标 .....	25
第五章 合同格式 .....	34
第六章 投标文件格式 .....	44

# 第一章 招标公告

## 聊城市人民医院医疗设备更新采购项目（八）

### 项目概况

聊城市人民医院医疗设备更新采购项目（八）的潜在投标人应在聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）获取招标文件，并于2026年1月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SDGP371500000202502000638

聊城市公共资源交易中心编号：XLCZFCG-2025-1502

项目名称：聊城市人民医院医疗设备更新采购项目（八）

采购方式：公开招标

预算金额：430万元

最高限价：430万元

采购需求：

标包	标的名称	数量	简要技术需求或服务要求	本包预算金额 (单位：万元)
A	数字化X线摄影系统（DR）	1套	详见招标文件	430

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

本项目监督单位：聊城市财政局政府采购监督管理科

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策，具体详见招标文件；
3. 本项目的特定资格要求：  
①产品属于医疗器械管理类的，供应商若为制造商的应具有《医疗器械生产许可证》；

若为代理商的应具有《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，并提供制造商的医疗器械生产许可证；

②供应商所投产品须具有《医疗器械注册证》或医疗器械注册备案凭证（所投产品所属医疗器械的）；

③有效期内的辐射安全许可证；

④法律、行政法规规定的其他条件。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025年12月31日09时00分至2026年1月7日17时00分（北京时间）

2. 地点：聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）

方式：各投标人在规定时间内登录新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）免费下载招标文件（文件格式为.lczf），逾期未下载招标文件视为放弃投标。

注：（1）根据山东省政府采购有关规定，各拟参与本项目投标人在交易中心系统获取招标文件后，务必于投标文件提交截止时间前在“中国山东政府采购网

（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）”完成注册（已注册的无需重复注册），由于投标人原因造成其在投标文件提交截止时间前未完成注册的后果自负。

（2）投标人在新版聊城市公共资源电子交易系统诚信入库类型：交易乙方。

3. 售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年1月21日09点00分（北京时间）

各投标人在投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）

开标时间：2026年1月21日09点00分（北京时间）

地点：本项目采取不见面方式开标，开标当日投标人不必抵达现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与会议。各投标人应严格按照招标文件的具体要求在开标前登录网上不见面开标大厅完成相应工作，并安排专人实时在线处理答疑、澄清、报价等事宜。具体详见《聊城不见面开标大厅--操作手册（投标人）》。

不见面开标大厅登录途径：1. 聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅（聊城市公共资源交易中心网-平台入口-不见面开标大厅登录入口-选择登录地区（聊城新平台（java））；2. 不见面开标大厅网址：<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介：中国山东政府采购网、聊城市公共资源交易中心网。

2. 电子交易系统特别注意事项

（1）投标人首次在新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）参与投标的，获取招标文件前须办理企业诚信入库，详见：

①《关于聊城市公共资源交易平台新版交易系统网上注册的公告》（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c12a66a9-c540-4fb4-be90-23df0993986c.html>）；

②《聊城市公共资源交易中心新版交易系统成员注册所需材料》（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c45b9d79-25ae-4964-b9df-415063d638c2.html>）；

③《新交易系统操作手册及操作视频》（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20230808/9f4ff67d-5515-411c-b423-c9534421b34b.html>）。

因未及时办理入库导致无法获取文件的，后果自负。另各投标人务必安排好专人对诚信库信息进行更新、维护，并对因诚信库不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。

（2）本项目实行电子评标，投标人需办理CA证书，办理要求详见聊城市公共资源交易中心网右侧快捷入口“CA办理”。因未及时办理CA证书导致无法投标的，责任自负。CA办理咨询电话：0635-8902280；移动CA锁（标证通）办理咨询电话：400-823-8788。

（3）各投标人应随时关注项目信息并及时登录新版聊城市公共资源电子交易系统下载招标文件和各类答疑澄清，否则所造成的一切后果由投标人承担，最终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的，制作投标文件需将答疑澄清文件导入投标文件制作工具。

(4) 电子投标文件制作工具请到聊城市公共资源交易中心网“下载中心-政府采购-政府采购电子标投标文件制作软件以及视频教程”下载。

(5) 投标人如遇交易系统软件操作技术问题，请咨询国泰新点软件股份有限公司或聊城市公共资源交易中心交易平台维护室。国泰新点软件股份有限公司：400-998-0000；聊城市公共资源交易中心交易平台维护室：0635-8902702，联系人：黄工、张工。

(6) 采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故等突发情况，导致项目无法正常进行时，按照中心开评标应急预案处理，详见：①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案（暂行）（聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）—办事指南—政府采购）；②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案（聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）—办事指南—信息技术科）。

### 3. 重要说明

(1) 公告附件链接的招标文件仅供获取前查看，投标人必须登录新版聊城市公共资源电子交易系统获取并下载正式的招标文件。网上获取文件的成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的审核结果为准。

(2) 本项目采用电子标评审，其中技术标采用暗标评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：聊城市人民医院

地址：聊城市东昌西路 67 号

联系方式：林老师 0635-8276377

#### 2. 采购代理机构信息

名称：山东华仁永旺招标有限公司

地址：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 603 室

联系方式：0531-88589237

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：徐希鹏、王贵民、于美玲

电 话：0531-88589237

发布人：山东华仁永旺招标有限公司

时间：2025 年 12 月 30 日

## 第二章 供应商须知

序号	内容	说明与要求	
1	采购人	聊城市人民医院	
2	采购代理机构	山东华仁永旺招标有限公司	
3	供应商资格要求	<p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定；</p> <p>2. 产品属于医疗器械管理类的，供应商若为制造商的应具有《医疗器械生产许可证》；若为代理商的应具有《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，并提供制造商的医疗器械生产许可证；</p> <p>3. 供应商所投产品须具有《医疗器械注册证》或医疗器械注册备案凭证（所投产品所属医疗器械的）；</p> <p>4. 有效期内的辐射安全许可证；</p> <p>5. 在《信用中国》网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）或中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）或《信用山东》网站（<a href="http://www.creditsd.gov.cn">www.creditsd.gov.cn</a>）中没有被列入失信执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>6. 本项目不接受联合体投标。</p>	
4	投标文件的组成部分	封面	(1) 投标文件封面；
		商务部分	<p>(2) 投标函；</p> <p>(3) 法定代表人授权委托书；</p> <p>(4) 按照“供应商资格要求”规定提交的相关证明材料；</p> <p>(5) 用于评标的证明材料（评标时需要原件的须于投标截止时间前提供）：按照招标文件评标方法“评分标准”中的商务部分的评分标准所述内容，提供评标时所需合同、证书及其他材料扫描件；</p> <p>(6) 投报了小、微型企业产品进行价格扣除的，须提供供</p>

		<p>应商以下材料并加盖供应商电子公章：</p> <p>①《中小企业声明函》扫描件；</p> <p>②如供应商为监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；</p> <p>③如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>备注：具体详见供应商资格资质要求部分。</p>
	<b>报 价 部 分</b>	<p>(7) 报价一览表；</p> <p>(8) 报价分析表；</p> <p>(9) 进口原装产品明细表（若有）；</p> <p>(10) 环境标志产品明细表；</p> <p>(11) 节能产品明细表；</p> <p>(12) 小、微型企业产品明细表；</p>
	<b>技 术 部 分</b>	<p>(13) 供应商自行编写的技术文件：</p> <p>1) 详细技术资料（包括原厂印制的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、详细配置清单、检测机构出具的检测报告等），如品牌、型号（规格）、产品描述、性能、技术指标说明、材质、制造商（原产地）等；</p> <p>2) 技术响应表（附件）；（技术响应情况需提供相应技术支持资料，未提供的视为不响应。技术支持资料为原厂印制的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、详细配置清单、检测机构出具的检测报告等）；</p> <p>3) 产品或厂商的荣誉证书、资格认证、获奖情况、资信情况等；</p> <p>4) 招标文件要求的其他技术资料；</p> <p>5) 供应商认为需要加以说明的其他内容。</p>
5	是否允许投报进口产品	否
6	答疑澄清	供应商提交疑问时间：2026年1月8日17时00分前；直接联系代理公司，应以加盖供应商单位公章的书面文件提

		<p>出，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至 sdhryw@163.com。</p> <p>我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上文件获取系统中发布，发布之日即视为已通知所有获取招标文件的供应商，各供应商应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有最终约束力。另供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。</p> <p>供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。</p>
7	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天。
8	供应商在投标截止时间前提交的文件	2026 年 1 月 21 日 09 时 00 分
9	是否收取投标保证金	根据鲁财采（2019）40 号文件的规定执行，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。
10	节能、环保政策执行	<p>(1)按国家有关节能环保政策执行。</p> <p>(2)属于政府强制采购节能产品的，必须在节能产品明细表中填报，并提供国家确定的认证机构出具的且处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。</p> <p>(3)采用综合评分法时，加分幅度：</p> <p>环保价格分加分幅度：5%</p> <p>环保技术分加分幅度：5%</p> <p>节能价格分加分幅度：5%（强制节能产品除外）</p> <p>节能技术分加分幅度：5%（强制节能产品除外）</p> <p>采用最低评标价法时，价格扣除幅度：</p>

		<p>环保产品价格给予 5%的扣除</p> <p>节能产品价格给予 5%的扣除（强制节能产品除外）</p> <p>注：节能清单中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备（电视机）、视频监控设备（数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器）、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目见节能清单中“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。</p> <p>本次采购若涉及最新一期《节能产品政府采购清单》内强制采购的产品（带★号），无论项目说明中是否明确为强制节能产品，投标人都必须投报强制节能产品，否则按无效投标处理。</p> <p>如果在最新一期《节能产品政府采购清单》中无对应细化分类或该清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外选择</p>
11	<p>中小微型企业 有关政策</p>	<p>(1)按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行；</p> <p>(2)按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；</p> <p>(3)按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；</p> <p>(4)价格扣除幅度：符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评标。</p>

		(5) 本项目所属行业：工业
12	技术部分是否采用“暗标”评标方式	是
13	评标方法	综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值。评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
14	中标人确定	采购人委托评标委员会直接确定中标人
15	是否收取履约保证金	不收取。
16	付款途径	采购人支付
17	付款方式	乙方在合同生效之日起十个工作日内向甲方提供银行保函壹份（合同金额 80% 银行保函有效期应为一年），30 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额 80% 的预付款；货物交付后经乙方安装、调试、培训并经双方联合验收合格后，开具符合甲方要求的足额合规发票并退还合同金额 80% 银行保函，验收合格满一年后支付合同总金额的 20%。银行保函由甲方保管，前述银行保函均应为不可撤销的见索即付独立保函，保函自开立之日起生效。甲方根据本合同约定要求兑付保函时，乙方及开立银行不得以任何理由抗辩。（付款方式不允许负偏离，否则按无效标处理。）
18	交货期	接到甲方通知后 15 日历日内，完成供货。（负偏离为无效投标）
19	质保期	保修期≥3 年，终身维修，保修期结束后只收取配件费用；
20	交付地点	采购人指定地点
21	相同品牌投标问题	多家供应商所投品牌相同的，按照下列情形处理：

		<p><b>【采用综合评分法】</b>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由评标委员会按照下述第{2}条方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。</p> <p>1、评标委员会采取随机抽取的方式确定。</p> <p>2、投标报价低的一方为中标候选人；投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人；投标报价和技术部分得分均相同时，采取随机抽取的方式确定。</p>
--	--	--

## 一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。供应商应当按照本招标文件的要求进行投标。本项目文件释义、项目开展及异议处理，均遵从《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定。

## 二、总则

### （一）定义

1. 资金来源：财政资金。
2. “采购人”系指聊城市人民医院。
3. “采购代理机构”系指山东华仁永旺招标有限公司。
4. “供应商”系指向采购代理机构索取招标文件并提交投标文件的法人。
5. “入围供应商”系指经评标委员会初步评标，供应商的各项指标均符合招标文件要求，进入综合评标阶段的供应商。
6. “中标候选人”系指由评标委员会对入围供应商综合评标后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能为采购人提供货物和服务，遵守投标文件和询标时的承诺，赢得或潜在赢得供货合同的供应商。
7. “货物”系指中标人按招标文件和政府采购合同的要求，向采购人提供所需的货物及有关技术资料。
8. “服务”系指招标文件规定供应商须承担的检验、技术支持、售后服务以及其它相关的义务。

(二) 投标保证金：根据鲁财采〔2019〕40号文件的规定若供应商为满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，但存在一般失信行为的供应商，需交纳报价保证金；供应商诚信记录良好则无需交纳。

(三) 获取标书的成功不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会组织的最后资格后审为准。

(四) 本次招标文件以聊城市公共资源交易平台系统内获取下载的为准，各供应商需及时查看系统内澄清答疑情况，澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf，请供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。

(五) 本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用暗标评标。  
电子标书的制作，企业从其诚信库内的获取的该企业的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可。涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。

(六) 供应商提交疑问时间：见前附表；

供应商对招标文件有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，选择直接联系代理公司应以加盖供应商单位公章的书面文件提出，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至 sdhryw@163.com。

供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

(七) 电子投标文件签章要求

电子投标文件签章要求：投标文件封面、开标一览表及电子招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。

(八) 投标文件的份数

将电子投标文件（加密版，后缀名格式为 LCTF）传送到聊城市公共资源交易网会员系统投标文件上传栏目；公开报价当日供应商不必抵达现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与报价会议；报价前登录网上不见面开标大厅，完成签到工作。

若供应商中标，中标后该企业还需提交四份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书，并加盖公章。

(九) 开标形式

见前附表

#### （十）电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- （5）采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的；
- （6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评标的，也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评标委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评标改为系统内导入非加密版电子文件评标；对于系统原因造成项目无法评标，可将系统内评标改为 PDF 版文件评标。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。

#### （十一）招标代理服务费率

1. 自发布中标结果公告五个工作日内由中标供应商按照中标价格的 0.50% 向采购代理机构交纳代理费。

##### 2. 采购代理机构银行信息

开户名：山东华仁永旺招标有限公司

开户银行：中国工商银行济南高新支行

帐号：1602023609200296250

3. 无论投标过程的做法和结果如何，供应商应承担所有参与投标的相关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

### 三、招标文件说明

#### （一）招标文件的组成

1. 招标公告；
2. 供应商须知；
3. 项目说明；
4. 开标、评标、定标；
5. 合同格式；

## 6. 投标书格式。

### (二) 招标文件的修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的须在投标文件递交截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力；

2. 为使供应商有足够的时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一位潜在供应商。

### 四、投标文件的编制

供应商应认真阅读招标文件中所有内容，并按照招标文件的要求提供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被视为无效投标。

#### (一) 供应商资格资质要求

1. 供应商应按照招标文件的要求编制投标文件，提交包括证明其有资格进行投标和有履行合同的文件，内容如下：

(1) 法定代表人或其授权人签署的投标函（附件）；

(2) 供应商营业执照（副本）；

(3) 法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件（附件）；

(4) 产品属于医疗器械管理类的，供应商若为制造商的应具有《医疗器械生产许可证》；若为代理商的应具有《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，并提供制造商的医疗器械生产许可证；供应商所投产品须具有《医疗器械注册证》或医疗器械注册备案凭证（所投产品所属医疗器械的）；有效期内的辐射安全许可证；

(5) 供应商 2024 年度财务审计报告或最近 6 个月银行开具的资信证明；

(6) 供应商最近 6 个月（任意一个月）依法缴纳税收的证明，应为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；

(7) 供应商最近 6 个月（任意一个月）依法缴纳社会保障资金的证明，应为社会保障主管部门出具的本单位职工社会保障缴纳证明或社会保障缴费清单；

(8) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。格式见附件《无重大违法记录声明》；

(9) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；

(10) 本项目不接受有严重违法失信行为的供应商投标，供应商应提交《信用记录承诺函》（见附件）。

★以上证件均需提供清晰可辨的原件扫描件，否则视为资格审查不通过。

## （二）投标文件的组成

投标文件由投标文件、技术文件、商务文件三部分组成：

### 1. 投标文件

- (1) 开标一览表；
- (2) 投标报价明细表；
- (3) 投标产品部件细化清单；
- (4) 随机供应易损件备品备件及专用工具清单表；
- (5) 小微企业、节能、环保产品清单及证明材料；
- (6) 供应商针对报价需说明的其他文件。

### 2. 技术文件

- (1) 详细技术资料（包括产品原厂印制的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、详细配置清单、检测机构出具的检测报告等），如品牌、型号（规格）、产品描述、性能、技术指标说明、材质、制造商（原产地）等；
- (2) 技术响应表（附件）；（技术响应情况需提供相应技术支持资料，未提供的视为不响应。技术支持资料为原厂印制的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、详细配置清单、检测机构出具的检测报告等）；
- (3) 产品或厂商的荣誉证书、资格认证、获奖情况、资信情况等；
- (4) 招标文件要求的其他技术资料；
- (5) 供应商认为需要加以说明的其他内容。

### 4. 商务文件

- (1) 投标函；
- (2) 商务偏离表（附件）；
- (3) 供应商基本账户开户许可证或基本存款账户承诺书；
- (4) 质保期及服务承诺；
- (5) 资格、资信证明文件；
- (6) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书（附件）；
- (7) 供应商同类项目实施情况一览表；

- (8) 小微企业声明函；
- (9) 招标文件要求的其他商务资料；
- (10) 供应商认为需要加以说明的其他内容。

### (三) 投标文件的语言要求及计量单位

1. 供应商提交的投标文件及供应商就有关投标的所有来往函电均应使用标准简体中文。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文材料为准；

2. 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

### (四) 投标报价要求

1. 报价为一次性公开报价，报价币种为人民币。报价应含主件、标准附件、备品备件、专用工具、制作、安装、调试、运输装卸、技术服务、售后服务、检测保险费及其他等全部费用。

2. 报价币种为人民币。

3. 供应商在投标时只允许提供一个方案，提供多个报价方案的按无效投标处理。

4. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并由该供应商法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其投标无效。

5. 供应商免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

### (五) 投标有效期

1、从开标之日起，投标有效期为 90 日。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，代理采购人有权拒绝。未注明投标有效期的，视为接受本项

目投标有效期约定。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，代理采购人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的供应商有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 第三章 项目说明

本项目为聊城市人民医院医疗设备更新采购项目（八），采购数字化X线摄影系统（DR）1套，预算：430万元。投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。除标注“可采进口”的设备外，其他设备不接受原装进口产品投标。

### 数字化X线摄影系统（DR） 数量：1套

#### 总体要求

一、用途：X线摄影射线诊断用，满足全身各体位数字化摄影，具备动态X线摄影成像功能，具备负重位三维数据采集及图像后重建功能。

#### 二、技术要求

##### 1 高压发生器

- 1.1 最大输出工作频率： $\geq 450\text{kHz}$
- #1.2 高压发生器功率： $\geq 80\text{kW}$
- 1.3 摄影管电压可调范围：40~150kV
- 1.4 最大透视管电压： $\geq 125\text{kV}$
- 1.5 加载时间范围：1ms~10s
- 1.6 最大摄影输出管电流： $\geq 1000\text{mA}$
- 1.7 最大透视输出管电流： $\geq 40\text{mA}$
- 1.8 最大电流时间积： $\geq 1000\text{mAs}$

##### 2 X线球管

- 2.1 球管焦点尺寸： $\leq 0.6\text{mm}/1.2\text{mm}$
- 2.2 球管阳极热容量： $\geq 340\text{kHU}$
- 2.3 球管最大功率： $\geq 80\text{kW}$
- 2.4 可显示缩光野和源像距

##### 3 球管悬吊支架

- 3.1 球管垂直升降范围： $\geq 140\text{cm}$
- 3.2 球管沿天轨纵轴运动距离： $\geq 190\text{cm}$
- 3.3 球管沿水平轴旋转范围： $\geq 180^\circ$
- 3.4 球管沿垂直轴旋转范围： $\geq 180^\circ$

3.5 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间可实现双向自动跟踪

#### 4 平板探测器一（动态平板）

#4.1 具备动态 X 线摄影功能，采集速率： $\geq 20$  帧/s

4.2 探测器成像区域： $\geq 430\text{mm} \times 430\text{mm}$

4.3 探测器结构：非晶硅

4.4 像素尺寸： $\leq 139 \mu\text{m}$

4.5 采集灰阶度： $\geq 16\text{bits}$

4.6 空间分辨率： $\geq 3.5\text{lp/mm}$

4.7 采集矩阵： $\geq 3000 \times 3000$

4.8 可进行动态数字化透视及静态拍片、且动静态可相互转换

4.9 平板探测器可在线充电

#### 5 平板探测器二

5.1 探测器成像区域： $\geq 430\text{mm} \times 430\text{mm}$

5.2 探测器结构：非晶硅

#5.3 像素尺寸： $\leq 100 \mu\text{m}$

5.4 采集灰阶度： $\geq 16\text{bits}$

5.5 空间分辨率： $\geq 4.5\text{lp/mm}$

5.6 采集矩阵： $\geq 4200 \times 4200$

5.7 平板探测器通讯模式：无线传输

5.8 平板探测器可在线充电

#### 6 患者站台

6.1 具有脚踏板

6.2 具有手支架

#### 7 球管侧近台操控系统

7.1 具备近台操控彩色触摸屏

7.2 屏幕尺寸： $\geq 9$  英寸

7.3 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

7.4 具备患者的详细登记信息显示功能、机架位置信息显示功能、曝光参数（kV，mA，mAs 等）调整功能

#### 8 电动升降摄影床

- 8.1 床面最低距地距离： $\leq 600\text{mm}$
- 8.2 床面纵向移动范围： $\geq 900\text{mm}$
- 8.3 床面横向移动范围： $\geq 260\text{mm}$
- 8.4 床面最大承重： $\geq 280\text{kg}$
- 8.5 床面升降行程： $\geq 330\text{mm}$
- 8.6 平板托盘移动范围： $\geq 330\text{mm}$
- 8.7 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

## 9 限束器

- 9.1 具备手动和自动双模式操作
- 9.2 在 SID 为 100cm 情况下，最小视野： $\leq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ ；最大视野： $\geq 430\text{mm} \times$

430mm

- 9.3 具备激光定位线

## 10 无线遥控器

- 10.1 可控制探测器运动、X 射线管组件运动
- 10.2 可实现临床常用拍摄位置自动转换；限束器照射野的调整与控制；控制限束器 LED 灯

## 11 系统操作台及图像后处理、测量系统

- 11.1 系统操作台内存： $\geq 16\text{GB}$ ；硬盘： $\geq 2\text{TB}$ ；显示器： $\geq 24$  英寸

- 11.2 具备患者信息管理功能

11.3 具备图像采集管理及后处理功能：摄影影像采集、透视影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记；图像放大及漫游功能；曝光参数记录和显示功能；边缘增强功能；窗宽窗位调节功能；图像翻转及旋转功能；图像正负像翻转功能；图像标注功能；图像 LUT 曲线调节等

11.4 具备 DICOM3.0 标准相关功能，报价包含与医院现有 PACS 系统对接的全部费用

- 11.5 在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数

- 11.6 具备语音对讲系统

- 11.7 具备全身长骨自动拼接功能

- 11.8 具备尘肺筛查软件，符合尘肺筛查国家标准

- 11.9 具备自然负重位下全下肢三维扫描功能，具体描述如下：

#11.9.1 具备自然负重位下包含但不仅限于足踝关节、膝关节、髌关节等部位的三维容积扫描、重建及三维自动测量功能

#11.9.2 具备三维图像显示、后处理及自动测量功能

11.9.3 具备膝关节间隙三维自动测量功能

11.9.4 具备负重位下膝关节角度三维自动测量功能

11.9.5 具备股骨远端髌间窝三维自动测量功能：支持髌间窝宽度、高度，髌间切迹宽度指数等自动测量

11.10 具备自然负重位下全脊柱三维扫描功能，具体描述如下：

#11.10.1 具备自然负重位下全脊柱三维容积扫描、重建及自动测量功能

#11.10.2 具备三维图像显示、后处理及自动测量功能

11.10.3 具备 Cobb 角相关三维自动测量

11.10.4 具备前后凸角相关三维自动测量：支持胸椎后凸角、腰椎前凸角的测量

11.11 具备图像质控功能

11.12 具备全身姿势评估功能

12 附件

12.1 提供交钥匙工程：包括配套机房改造及装修所有费用(如：工作间改造、桌椅、更换门机、防护、预控评、旧设备拆机等)

12.2 提供 0.5mmPb 的铅衣、铅帽、铅围脖、铅防护用品各 3 套，其中成人款 2 套，儿童款 1 套

12.3 质保期后的年度整机原厂全保费用： $\leq$ 设备成交价格的 5%

12.4 生产商承诺所投型号设备停产后所有备件保证正常供应 $\geq$ 10 年

12.5 提供影像设备使用评价管理系统 1 套(含软、硬件)

12.5.1 总体要求：本地化部署使用评价系统 1 套，实时采集设备运行日志，分析并展示设备使用情况

12.5.2 监测项目：实时监测项目至少包括：球管用量、球管温度、球管打火计数、探测器温度等参数以及在线状态、在线率、风险率及风险异常数统计

12.5.3 设备运营数据展示：至少包含当日检查人数、扫描部位、项目数实时统计，月度检查人数、项目数实时统计及同比与环比分析

12.5.4 设备使用效益分析：可多设备月度收益对比分析，多设备月度投资回报率对比分析，包含设备近一年月度走势图。投资收益率分析、投资回收期分析、盈亏平衡点

分析等

12.5.5 设备使用报表：至少包含设备扫描效率分析、设备月度扫描日历、扫描量分布对比分析、首末扫描时间周分布对比分析

12.6 提供骨龄分析 AI 软件

12.7 提供影像报告质控软件

### 其他要求

1、采取代理商及厂家双备份的维修保养服务模式。故障响应时间：叫修后半小时电话响应，6 小时上门维修，24 小时内解决故障。

2、提供设备安装调试及操作使用说明书等全套技术资料。提供使用操作维护人员培训，并提供不少于 3 人次的医院维修工程师厂家培训。

3、提供备品备件清单及相应价格，质保期过后保证以低于市场价格供应。

4、保修期 $\geq 3$  年，终身维修，保修期结束后只收取配件费用；。

## 第四章 开标、评标、定标

### 一、开标

本项目走电子评标，开标程序按照本项目第二章规定进行。

### 二、评标委员会

监管机构将依法根据本次招标的特点监督抽选专家并组建评标委员会，其成员由抽选的技术和经济专家以及采购人代表等五人以上单数组成。评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，确定中标人。

### 三、监督委员会

监督委员会由政府采购管理机构等部门的代表组成。

### 四、评标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

#### 1. 评标原则

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目特点，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标时恪守以下原则：

(1) 客观性原则：评标委员会将按照招标文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评标；对投标文件的评标仅依靠投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

(2) 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

(3) 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

(4) 保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

(5) 综合性原则：评标委员会将综合比较、审查供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人。

#### 2. 评标过程保密

2.1 开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

2.2 在评标期间，供应商企图影响招标方的任何活动将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

2.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 3. 初步评标

3.1 评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

3.2 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.3 评标委员会对各供应商的投标报价进行评标，对超出项目预算的报价予以淘汰，对明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4 评标委员会通过上述评标，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评分阶段。

3.5 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

### 4. 综合评分

评标委员会根据以评分细则对合格供应商进行打分，总分为 100 分。供应商的最终得分以所有专家评分的算术平均值确定。属于“政策说明”中的情形的，还需要根据“政策说明”中规定的办法进行处理。

#### 评标办法

内容	评分标准
投标报价 (30 分)	以所有有效投标总报价中的最低投标总报价为评标基准价。投标总报价等于基准价得 30 分，其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

		报价得分=(评标基准价/投标报价)×30×100%
技术参数 响应 (30分) 明标		<p>根据招标文件详细技术要求, 供应商应提供原厂印制的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、详细配置清单、检测机构出具的检测报告等。每少一项扣2分。对供应商提供的技术偏离表及技术支持资料进行逐条对比, 根据货物功能、质量、详细配置、技术性能指标的响应或偏离情况进行评价。存在负偏离的, 按以下标准处理:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标记*的参数或条款, 任何一项负偏离或未提供按投标无效;</li> <li>2. 标记#的参数或条款, 每有一项负偏离扣3分。</li> <li>3. 未进行标记的其他参数或条款, 每有一项负偏离扣2分。本项最低得0分。</li> <li>4. 投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求, 逐条说明投标货物与服务的响应情况, 不得有缺项、漏项。投标人需逐条准确填写投标文件中各技术要求响应情况证明材料所在页码, 以便评标专家查看, 否则评标委员会有权作出不利于投标人的认定。</li> </ol>
技术部分 (25分) 暗标	技术性能 (23分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、所投产品整体配备较好, 根据设备规格配置、主要技术性能及功能进行综合评定, 响应文件中对此项进行描述得2分, 提供的此项描述最大限度满足采购人使用需求, 整体配备较高, 各项功能描述完整、主要技术标准完全满足要求, 功能及性能较为突出, 能够体现完整性、实用性、安全性、易用性, 此项描述详尽细致得2(不含)-5分; 本项未提供不得分。</li> <li>2、根据设备整体质量稳定性、操作便捷性、易维护性、采用的技术标准进行综合评定, 响应文件中对此项进行描述得2分, 设备耐用性等方面符合实际使用情况、质量稳定性高、安全性能突出, 操作使用便捷、做工精细, 描述详尽细致得2(不含)-5分; 本项未提供不得分。</li> <li>3、根据供应商提供的主机详细技术指标及配置功能综合评定, 响应文件中对此项进行描述得2分, 技术指标科学合理、内容详实, 技术参数符合相关技术标准, 功能性完善、质量稳定性高, 产品设计使用年限有优势, 此项描述详尽细致得2(不含)-5分; 本项未提供不得分。</li> <li>4、根据供应商提供的安全设计方案及保障措施综合评定, 响应文件中对此项进产品行描述得2分, 安全设计方案科学可行、应急保障措施</li> </ol>

		合理，各项安全功能设置完善，安全管理内容全面，务必确保使用者人身安全，此项描述详尽细致得 2（不含）-5 分；本项未提供不得分。 5、根据供应商提供产品的后期可升级性综合评定，对此项进行产品描述得 1 分，产品具备可升级功能，且升级的硬件接口和软件均免费升级，此项描述详尽细致得 1（不含）-3 分；本项未提供不得分。
	供货方案 (2 分)	根据供应商提供的产品供货渠道及交货安装期进度安排、供货进度保证措施等进行综合评定，响应文件中对此项进行描述得 1 分，供货渠道正规，交货进度安排合理明确、交货期保证措施针对性突出，各个接入点位、各阶段时间分配科学，得 1（不含）-2 分；
服务部分 9 分	技术培训及履约能力 (2 分)	根据供应商制定的针对本项目所涉及的技术培训方案进行综合评定，响应文件中对此项进行描述得 1 分，培训进度计划科学、针对性强，具有完善合理的培训方案及措施，培训内容完善详细，可确保有关人员能熟练规范进行操作，得 1（不含）-2 分；
	售后服务 (3 分)	综合考虑供应商的售后服务体系、设备保修保障能力、技术力量等内容，响应文件中对此项进行描述得 1 分，售后服务内容及体系全面可行，定期回访、缺陷修改、技术支持等方面内容全面合理，关键技术解决能力强，拟派技术人员能力较强，质保时间长，有突出的售后服务优势，提供额外的评标委员会认为有价值的服务承诺，得 2（不含）-3 分；
	保修期 (4 分)	在满足招标文件基本要求（3 年）的情况下，承诺保修期每增加 1 年得 2 分，最多得 4 分，需生产厂商提供原厂质保证明。
商务部分 6 分	业绩 (6 分)	自 2022 年 12 月 1 日至今（以合同签订日期为准），与本次投标核心产品同品牌型号的市场业绩（不限代理商），每个得 2 分，最多得 6 分。 注：有效业绩的认定需同时满足以下条件，否则视为无效。 填写《投标人业绩统计表》（格式见附件）并上传至电子标书中的相应模块中，并提供合同原件（应清晰体现产品名称、品牌、型号、签订日期）的彩色扫描件、中标通知书原件扫描件、中标公告截图。

	以上业绩材料，在电子标书制作时，需上传至【近年来完成业绩】模块中，否则不予计分。
--	--

暗标：本项目技术部分实行暗标评审，其编制说明如下：

1、纸张要求：采用标准 A4 纸张。

2、颜色要求：所有文字均为黑色，表格原则上为黑色。

3、排版要求：

(1) 宋体（小四）字体，不允许出现页眉和页脚，不允许设置页码，不准添加背景色，不准添加图片照片；

(2) 不得设置目录，正文中的序号及层级排列应当合理、连续。

4、基本要求：不得出现投标人的名称和其它可识别投标人名称、身份的字符、徽标、人员姓名以及其他特殊标记等，不准做可能被评委辨别是哪个投标单位的任何标记。

5、其他要求：不得出现异于常规的编排、编号、字号、加粗字段、下划线、正文中间空白页等特殊格式。

**【未按上述暗标要求编制的，其技术标不得分】**

## 5. 政府采购政策说明：

### 5.1. 小型和微型企业

(1) 依照《政府采购促进中小企业发展办法》本项目执行政府采购政策。

(2) 小型和微型企业价格扣除：根据财政部、工业和信息化部（财库〔2011〕181 号）文件规定，供应商属小型或微型企业并以其自身产品（或提供其他小型或微型企业制造的产品）和服务报价，质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，可给予小型和微型企业的价格 10%的扣除（注：扣除后的价格仅作为评标价格，如中标，签订合同时以最终报价为合同价格）。

扣除价格=小型、微型企业报价×10%

评标价格=最终报价-扣除价格

(3) 若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成所报产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。

(4) 中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业〔2011〕300 号文件。

### 5.2. 节能产品（强制采购类产品）

强制采购类产品即为《节能产品政府采购清单》中标注“★”的品目，如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等。

本项目采购的产品中如有属于最新《节能产品政府采购清单》中的政府强制采购节能产品，供应商必须投报列入最新《节能产品政府采购清单》中的产品，否则其报价无效，不予评标。但在最新《节能产品政府采购清单》中无对应细化分类且清单中的产品确实无法满足采购要求时，允许选择清单之外的产品。

### 5.3. 节能产品（非强制采购类）加分

非强制采购类产品即为《节能产品政府采购清单》中未标注“★”的其他品目，属于政府优先采购的节能产品。

供应商所报产品属于最新《节能产品政府采购清单》内产品（非强制采购类）的，应按磋商文件要求于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料，并按要求填写节能产品明细表（附件），否则不予以加分。

加分标准：

报价加分  $\text{节能产品报价} / \text{投标总报价} * 5\% * \text{价格分}$

技术加分  $\text{节能产品报价} / \text{投标总报价} * 5\% * \text{技术分}$

注：供应商在报价时必须对属于最新《节能产品政府采购清单》内产品单独分项报价，并于磋商文件中提供属于清单内产品的证明资料[即所报产品在最新《节能产品政府采购清单》中的所在页（截图盖章），《节能产品政府采购清单》应在中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/> 查询]。（①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》内的产品；②同一合同包内的节能产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的节能产品仅是构成所报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。）。

### 5.4. 环境标志产品加分

供应商所投产品属于最新《环境标志产品政府采购清单》内产品的，应按照磋商文件的要求于磋商文件中提供属于清单内产品的证明资料，并按要求填写环境标志产品加分明细表（附件），否则不予以加分。

加分标准

报价加分  $\text{环保产品报价} / \text{投标总报价} * 5\% * \text{价格分}$

技术加分环保产品报价/投标总报价\*5%\*技术分

注：供应商在报价时必须对属于最新《环境标志产品政府采购清单》内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料[即所投产品在最新《环境标志产品政府采购清单》中的所在页（截图），《环境标志产品政府采购清单》应在中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>查询）（①环境标志产品是指财政部和环保部公布的最新《环境标志产品政府采购清单》内的产品；②若同一合同包内的环境标志产品仅是构成所报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。③节能产品（非强制采购类）加分和环境标志产品加分不重复加分）

#### 5.5. 给予监狱企业和戒毒企业价格扣除

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，评标中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。生产商既是监狱企业，又属小型企业或微企业的不重复折扣。

### 6. 无效投标与废标

#### 6.1 按无效投标处理：

供应商有下列情况之一者，其投标视为无效投标，取消其投标资格。

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 投标文件未实质上响应招标文件要求的；
- (5) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (7) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商无法在评标现场合理时间内提供书面说明证明其报价合理性的；
- (8) 供应商有串通投标行为的，投标无效，并将有关问题上报至行政监管部门处理；
- (9) 被聊城市公共资源交易中心（市中心）通报且在通报期间的企业，将视为失信企业，作无效标处理；
- (10) 电子清标中，技术标雷同性分析，不同供应商存在高度雷同的技术标评分项且企业无法合理解释，或高度雷同项达到一定数量的，由评标委员会作无效标处理；
- (11) 详细技术标准和要求中的“\*”项为废标项，负偏离作无效投标处理。

(12) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## **6.2 按串通投标处理**

6.2.1 供应商有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标，其投标视为无效投标。

- (1) 供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 供应商之间约定中标人；
- (3) 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
- (5) 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

6.2.2 供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标视为无效投标。

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同供应商的投标文件制作机器码、投标文件创建标识码一致、造价软件加密锁号一致。

## **6.3 按废标处理：**

出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 投标文件未满足标记\*的参数或条款的。

## **7. 投标保证金不予退还的情形**

供应商有下列情况之一者，经采购人决定，取消其中标资格，投标保证金不予退还：

- (1) 除因不可抗力外，中标人无正当理由不与采购人订立合同的；
- (2) 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件的；

(3) 供应商因恶意串标、串标、视同串标或使用虚假材料投标、投标截止后撤回投标文件、放弃中标等违反法律法规规章行为，经采购人决定不予退还的；

(4) 法律、法规规定的其他情况。

## 8. 特殊情况下的处理方法

如出现供应商达不到法定要求数量、全部落标、串通投标以及供应商互相诋毁，导致评标委员会无法评标或供应商报价均超出预算时，评标委员会有权停止招标，否决所有投标，监管机构可以依法改用其它

招标方式进行采购。

## 五、中标通知书

1、在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以电报、传真的形式，但需要书面确认。采购代理机构不向未中标人发出未中标通知，不解释未中标原因，不退还投标文件。

2、《中标通知书》将作为签订政府采购合同的重要依据，对采购人和中标人具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，违者将取消中标资格。

## 六、签订合同

1、在授予合同前，采购人经监管机构审核同意可在法定范围内对货物数量进行适当调整。

2、评标结果公布后，在监管机构的监督下由采购代理机构组织采购人与中标人签订合同。合同的内容不得超出公开招标文件和投标文件的实质性内容。

3、采购合同应按照本招标文件所提供的合同版本制作，否则无效。

4、招标文件、中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件均为合同附件。

5、中标人如未于规定时间和地点签订中标经济合同，采购人有权撤销其中标资格并扣缴投标保证金。在这种情况下，采购人经监督机构核实同意后可另选中标人或另行招标。

## 第五章 合同格式

### 政府采购合同

项目名称：聊城市人民医院数字化 X 射线摄影系统（DR）采购项目

货物名称：

合同编号：

包 号：

甲 方：聊城市人民医院

乙 方：

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

甲方：聊城市人民医院

乙方：

（项目名称）以公开招标进行采购。经评标委员会确定 为中标人。买、卖双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

### 一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、公开招标文件
- 2、卖方投标文件
- 3、中标通知书
- 4、卖方在招标过程中做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

### 二、货物名称、数量、价格、付款方式

货物名称及医疗器械分类	数量	制造商	产地	品牌、型号	单价（人民币）	注册证号
合同金额	人民币 _____（大写） 人民币 _____（小写）					
付款方式						

### 三、交货

1、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

2、交货时间：合同生效后于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日以前交货。

3、交货地点：聊城市人民医院\*\*\*科

### 四、质量及售后服务

1、货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在采购过程中做出的书面澄清及承诺。

2、乙方应按招标文件、投标文件及在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务其它售后服务承诺：详见售后服务承诺。

3、设备保修期\_\_\_\_年。

#### 五、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

#### 六、运输要求

运输及相关费用由卖方承担。

#### 七、知识产权

乙方应保证买方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

#### 八、验收

1、对项目的质量问题，甲方应在发现之日起 30 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 5 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

2、经双方共同验收，项目达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，造成的一切损失由成交中标人承担。

3、验收专家费用由中标人支付。

#### 九、合同生效

本合同为附条件生效合同，除买卖双方签章，还应满足以下条件时合同生效：

乙方应提交：代理服务费。

#### 十、违约条款

1、所供货物经验收达不到规定要求的，甲方可拒付全部货款，为甲方造成损失的承担相应赔偿责任。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任；

3、乙方延迟交付，每延迟 1 日，按应交付货物总额 **5%**支付违约金（双方另有约定的除外）；

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 10 日内仍不履行合同的，经双方同意后，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任；

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用；

6、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为

准，无相关规定的，双方协商解决；

7、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 30 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

#### 十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知聊城市政府采购办公室及另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报聊城市政府采购办公室审核后确定。

#### 十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：(1)提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；(2)向甲方所在地人民法院起诉。

#### 十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。

#### 十四、合同保存

本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，监督机构壹份。

甲方：

乙方：

加盖（公章）：

加盖（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

鉴证方：山东华仁永旺招标有限公司

加盖（公章）：

法定代表人（签字）：

地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

账号：

## 配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

### 配件（耗材）报价表

序号	产品名称	规格型号	单价（元）	注册证
1				
2				
3				

## 售后服务承诺

## 医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：聊城市人民医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定\_\_\_\_\_作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：聊城市人民医院

乙方（盖章）：

年 月 日

## 聊城市人民医院设备验收所需材料

- 1、合同复印件
- 2、设备注册证
- 3、设备报关单（国产不需提供）
- 4、商检证明（国产不需提供）
- 5、原产地证明（国产不需提供）
- 6、完税证明（国产不需提供）
- 7、生产许可证
- 8、产品合格证
- 9、公司证件（包括销售商、代理授权、总代理商）
- 10、3C 认证、CE 认证、FDA 认证、计量证明等相关材料
- 11、生产厂家出具的（或认可的）设备质控要求、维护保养周期及设备使用年限
- 12、设备操作规程（塑封一份放置于设备，电子版交维修科）
- 13、设备风险说明（厂家）
- 14、电子版说明书
- 15、电子版设备功能介绍，包括设备可开展何项目，对医疗工作可带来何种推进作用（此资料目的是方便我院对设备推广使用）
- 16、电子版培训资料
- 17、设备验收单
- 18、医疗仪器设备使用培训记录

合同签字需注意：乙方签字处必须手签，代理人签字需提供签字人授权书请准备以上材料，验收单必须有维修科工程师签字，否则设备不予验收。如果设备无医疗器械注册证，应提供产品不属于医疗器械的依据（国家食品药品监督管理局文件）；或公司出具证明材料（材料格式如下表

## 设备验收材料清单（公司提供）

材料名称	有	无	材料名称	有	无
合同复印件			3C 认证		
《医疗器械注册证》			CE 认证（进口）		
《医疗器械注册登记证》			FDA 认证（进口）		
《医疗器械生产许可证》			计量证明		
《医疗器械经营许可证》			设备质控要求		
《医疗器械产品生产制造认可表》			维护保养周期		
公司证件			设备使用年限（进口）		
商检证明			设备操作规程		
完税证明			说明书（电子版）		
原产地证明			培训资料（电子版）		
设备报关单（进口）			设备功能介绍（电子版）		
设备合格证			设备操作规程（电子版）		
验收报告			设备风险说明		
培训记录					
其它					

**签字：**

## 第六章 投标文件格式

### 投 标 函

山东华仁永旺招标有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为\_\_\_\_\_的招标采购并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物及服务。

2、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

4、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费遵守贵机构有关招标的各项规定。

5、我方的投标文件自开标之日起有效期为 90 日。

6、我方对招标文件完全认同。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

    供应商代表姓名、职务（印刷体）：

    供应商单位全称（公章）

    法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

附件

## 法定代表人授权委托书

山东华仁永旺招标有限公司：

\_\_\_\_\_（供应商名称）法定代表人\_\_\_\_\_授权我公司\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_（职务或职称）\_\_\_\_\_（姓名）为我单位本次投标授权  
代理人，全权处理此次\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）招标活动  
的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

授权代理人签字：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件

## 开 标 一 览 表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	投标报价项目明细	
1	投标总价	小写： 大写：
2	品牌	
3	型号	
4	付款方式：_____（如满足招标文件要求的付款方式，填写满足）	
5	交货期：	
6	质保期：	

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：





附件

## 技术响应表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离、负偏离、无偏离）	支撑材料在投标文件中的页码数

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：





## 履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的（项目名称）项目（项目编号、包号：）作出如下承诺：

本公司完全具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受采查验证。

如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过山东省相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

\_\_\_\_\_。

另外，如需，本公司将按照要求的时间和方式提供拟投入本项目的设备购置合同或发票或说明材料，以及拟投入本项目的工作人员用工合同等材料。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 制造商资格声明

1. 名称及概况：

(1) 制造商名称： \_\_\_\_\_

(2) 总部地址： \_\_\_\_\_

电传/传真/电话号码： \_\_\_\_\_

(3) 成立和/或注册日期： \_\_\_\_\_

(4) 实收资本： \_\_\_\_\_

(5) 近期资产负债表（到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止）

①固定资产： \_\_\_\_\_

②流动资产： \_\_\_\_\_

③长期负债： \_\_\_\_\_

④流动负债： \_\_\_\_\_

⑤净值： \_\_\_\_\_

(6) 主要负责人姓名（可选填）： \_\_\_\_\_

(7) 制造商在中国的代表的姓名和地址（如有的话）：

\_\_\_\_\_

2. (1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
--------	-------	-------	------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

(2) 本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址	主要零部件名称
----------	---------

_____	_____
-------	-------

_____	_____
-------	-------

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. 近3年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1) 出口销售

\_\_\_\_\_  
(名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目)

(2) 国内销售

(名称和地址)

(销售项目)

5. 近 3 年的年营业额:

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

6. 易损件供应商的名称和地址:

部件名称	供应商
_____	_____
_____	_____

7. 最近 3 年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物:

合同编号: \_\_\_\_\_

签字日期: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

数 量: \_\_\_\_\_

合同金额: \_\_\_\_\_

8. 有关开户银行的名称和地址: \_\_\_\_\_

9. 制造商所属的集团公司 (如有的话): \_\_\_\_\_

10. 其他情况: \_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部能提供的资料和数据, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称: \_\_\_\_\_

签字人姓名和职务: \_\_\_\_\_

签字人签字: \_\_\_\_\_

签字日期: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电子邮件: \_\_\_\_\_

## 供应商（作为代理）的资格声明

1. 名称及概况：

(1) 供应商名称： \_\_\_\_\_

(2) 总部地址： \_\_\_\_\_

电传/传真/电话号码： \_\_\_\_\_

(3) 成立和/或注册日期： \_\_\_\_\_

(4) 实收资本： \_\_\_\_\_

(5) 近期资产负债表（截止\_\_\_\_年\_\_月\_\_日）

①固定资产： \_\_\_\_\_

②流动资产： \_\_\_\_\_

③长期负债： \_\_\_\_\_

④流动负债： \_\_\_\_\_

⑤净值： \_\_\_\_\_

(6) 主要负责人姓名（可选填）： \_\_\_\_\_

(7) 供应商在中国的代表姓名和地址（如有的话）：

\_\_\_\_\_

2. 近3年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

3. 近3年投标货物销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1) 出口销售

(名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目) \_\_\_\_\_

(名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目) \_\_\_\_\_

(2) 国内销售

(名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目) \_\_\_\_\_

(名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目) \_\_\_\_\_

4. 同意为供应商制造货物的制造商名称、地址（附制造商资格声明）：

\_\_\_\_\_

5. 由其他制造商提供和制造的货物部件（如有的话）：

制造商名称和地址 \_\_\_\_\_ 制造的部件名称 \_\_\_\_\_

---

6. 近 3 年向中国公司提供的投标货物（如有的话）：

合同编号： \_\_\_\_\_

签字日期： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

数 量： \_\_\_\_\_

合同金额： \_\_\_\_\_

7. 有关开户银行的名称和地址： \_\_\_\_\_

8. 所属的集团公司（如有的话）： \_\_\_\_\_

9. 其他情况： \_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务： \_\_\_\_\_

签 字 人 签 字： \_\_\_\_\_

签 字 日 期： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

电 子 邮 件： \_\_\_\_\_

## 制造商出具的授权函

致：（招标机构）

我们（制造商名称）主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第（投标邀请编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文件，（贸易公司名称）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：\_\_\_\_\_ 制造商名称：\_\_\_\_\_

签字人职务和部门：\_\_\_\_\_ 法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_

签字人姓名：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

附件

## 无违规违法声明

山东华仁永旺招标有限公司：

我公司承诺参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假响应的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

供应商全称（盖单位公章）：

法人或授权代表签字：

年 月 日

注：

1. 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2. 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件

## 无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用）

致山东华仁永旺招标有限公司：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、被人民法院列入失信被执行人；
- 2、被税务部门列入重大税收违法失信主体；
- 3、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 4、不符合政府采购法第二十二条规定的条件；
- 5、未被相关网站公示存在不良信用记录情况。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询（后附公司在相关网站查询结果截图）。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

注：

1. 以上所指“相关网站”为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、信用山东（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）任选其一。

2. 信用记录承诺函必须附网站查询结果截图，截图中应包含网站域名、供应商全称、记录信息等。

供应商全称（盖单位公章）：

法人或授权代表签字：

年 月 日

附件

## 中小企业声明函（如果是，请填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 监狱企业、小型和微型企业产品报价说明表（如果是，请填写）

序号	货物及服务名称	型号/规格	制造厂名称	数量	单价	监狱企业	小型、微型企业
						合计	合计
1							
2							
监狱、小型、微型企业产品报价总计							

附注：

1、填入的产品必须是本企业生产的产品，或代理的其他监狱企业、小型企业、微型企业的产品；

2、填写本表的小型 and 微型企业须同时按附件格式提供“中小企业声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、小型、微型企业的产品，须同时提供产品授权和该企业的监狱企业、小型企业、微型企业证明。

3、不填报本表，不需提供“中小企业声明函”和证明文件，但评标时不对其产品给予评标价折扣。

附件

环境标志产品明细表（如有时，请填写）

项目名称：

项目编号：

包号：

单位： 元

产品名称	企业名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
						单价	数量	小计

注：

1. 环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
2. 如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评标时不予加分。
3. 此表可根据需要同格式扩展。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

附件

节能产品明细表（如有时，请填写）

项目名称：

项目编号：

包号： 单位：元

序号	产品名称	制 造 商	品 牌	产品型号	节 能 标 志 认 证 证 书 号	节能产品认证证书有效截止日期	价格		
							单价	数量	小计

注：

1. 节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
2. 如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评标时不予加分。
3. 此表可根据需要同格式扩展。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

附件

政府强制采购节能产品明细表（如有时，请填写）

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期

注： 1. 政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2. 如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写。如所投产品不是政府强制采购节能产品，则不需填写本表。

3. 此表可根据需要同格式扩展。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

附件

## 封面格式

### 电子投标文件

项目编号：  
项目名称：  
所投包号：  
供应商名称（公章）：  
法定代表人或授权代理人签字：  
地址：  
电话：  
传真：

### 封口格式：

.....于 2026 年 月 日 时之前不准启封（公章）.....

附件

项目编号：

聊城市人民医院医疗设备更新采购项目（八）

## 投标文件

供应商：×（盖单位公章）

年 月 日