

分项报价表

项目编号： SDGP371521000202502000303、XYGZFCG-2025-273、YGZ

C-20250194

C 包

单位：元

序号	报价内容	型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	单价	合价
1	DR 设备	6600	后附	2	台	蓝影	深圳	416500	833000 元
2									
3									
.....									
合计833000 元									

投标人名称（公章）：山东如德正浩贸易有限公司

法定代表人或授权代表（签字或签章）：丁明文

备注：1. 请将报价用小写数字填写。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价。



技术参数
1. 功能要求：系统主要用于人体全身 X 线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化 X 线摄影，定位方便快捷、灵活准确。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接 PACS 网络或者直接打印图像。
*1.2. 兼容性要求：投标设备 X 射线球管、平板探测器为蓝影同一品牌，并提供产品注册检测报告证明
1.3. 胸片架片盒移动行程：1100mm
*1.4. 胸片架片盒沿立柱运动模式：全手动及全电动双模式，侧面具备电动上升、电动下降、跟踪及手动控制四个功能按键，提供实物照片
1.5. 内置滤线栅：两个
1.6. 球管升降模式：全电动
1.7. 立柱旋转范围：±180°
1.8. 球管与胸片架跟踪方式：电机驱动自动跟踪
1.9. 固定式摄影床，支持多向运动，电动跟踪
*1.10. 床下片盒运动行程：600mm，提供注册检验报告
*1.11 落地式一体化固定床机架，拒绝独立地轨
2. X 射线管组件
2.1 管电压范围：40~150kV
2.2 焦点尺寸：0.6/1.2mm

*2.3 焦点功率：27/75kW
2.4 阳极热容量：300kHU
2.5 阳极转速：9700 转/分
2.6 为保证球管散热，球管为开放式无外壳包裹结构
3. 高压发生器
3.1 输入电源规格：380V
3.2 逆变频率：400kHz
3.3 摄影管电压范围：40~150kV
3.4 摄影管电流：640mA
3.5 曝光加载时间：10000ms
3.6 电流时间积：0.1~640mAs
3.7 自动 APR 联动功能：具备
3.8 系统集成：曝光参数与图像采集系统集成
*3.9 支持软件 AEC 自动曝光功能（非物理电离室），提供对应功能的软件著作权证书证明
4. 平板探测器
4.1 材质：非晶硅整板
4.2 闪烁体材料：碘化铯
4.3 探测器尺寸：43×43cm
4.4 采集矩阵：3072×3072
4.5 像素尺寸：139 μm
4.6 空间分辨率：3.6lp/mm

4. 7A/D 转换:16bit
4.8 平板胸片盒: 2 个
5. 工作站
5.1 屏幕尺寸:21.5 英寸
5.2 类型:彩色液晶显示屏
5.3 操作系统:Win10
5.4 图像采集功能:自动从医院 HIS 系统或者 RIS 系统获取患者信息或者建立本 地病历;多体型选择、自动 APR 联动及自定义参数设置
5.5 图像处理功能:自动窗宽窗位调整、ROI 窗宽窗位调节、灰阶变换, 单幅或者多幅图像并行显示;图像缩放功能:最适合图像, 放大、缩小、局部放大、实际大小;图像翻转:文本标注、图像测量
5.6 图像管理功能: DICOM 功能及数据库管理: 系统支持标准的 DICOM3.0 功能
5.7 病例管理功能:可以存储、检索、查询病历
5.8 具有独立的尘肺检查协议
*5.9 体检模式:快速登记, 自动添加胸片体位、批量导入 Excel 表格中的患者信息。(提供注册检验报告或彩页证明)
*5.10 设备集成远程会诊平台系统, 可以开展远程会诊工作, 要求该平台系统需具备单独远程会诊系统注册证, 并与 DR 设备同一品牌(提供该远程系统或 远程会诊咨询系统注册证)
6. 限束器
6.1 照射野尺寸:43×43cm (@100cm SID)

6.2 类型:手动多页式, 具有光野及中心指示功能
6.3 亮度:焦片距 100cm 时: 160lux
6.4 自动关闭时间:30±5s
7. 球管端液晶触摸屏
7.1 触摸屏尺寸:9.7inch
7.2 重力感应:具备, 随球管旋转自动调整显示方向
7.3 患者信息显示内容:姓名、检查体位等信息
7.4 当前曝光参数调节:具备
7.5 患者体型选择:具备
7.6 检查体位示意图:具备
7.7 曝光指示提醒:具备
*7.8 为保证操作的便利性, 以上功能全部集成于同一界面下, 无需逐菜单切换, 提供真机照片证明
8. 滤线栅
8.1 数量:2 块, 分别内置于摄影床与胸片架内
8.2 栅格比: 10: 1
8.3 尺寸:18×18 inch
9. 语音交互系统
9.1 音量大小调节:具备
9.2 对讲控制:收发可控, 开关控制