

报价明细表

项目编号： SDGP371500000202502000405

序号	名称	型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	单价 (万元)	合价 (万元)
1	水光机（皮下电子注射器控制助推装置）	SL-J-311	1. 注入量预置范围：0.0056ml-0.5000ml 2. 注入量误差：±5%； 3. 单次注射量精度：≤0.0056ml 4. 注射深度可调：具备真皮分层注射，0.5-3.0mm 5. 注射频率：10-180 次/min 可调； 6. 负压强度：分为 10 档，范围 0 ~ -90kPa； 7. 负压暂停时间：1 档：2.8s；2 档：3.4s；3 档：4.0s；4 档：4.6s；5 档：5.2s；误差：±0.5s； 8. 具备负压吸引与智能防漏液技术； 9. 注射器类型：1ml、2.5ml、3ml 以及 5ml； 10. 助推后退：≥5 档； 11. 注射模式：自动感应、自动脚踏、单次脚踏、连续脚踏； 12. 脚踏开关寿命：10 万次； 13. 具备专用推车； 14. 注射针头：支持 9pin 针头； 15. 注射速度：三档可调，慢档：2.0mm/s；正常档：3.0mm/s；快档：3.5mm/s； 16. 退针长度：三档可调，短档：1.0mm；正常档：2.0mm；长档：3.0mm； 17. 具备 IPX8 防护等级，符合 YY/T 1057-2016 标准要求 18. 电气安全符合 GB 9706.1-2020 标准要求	1	台	赛凌医疗	武汉	9.8	9.8

		19. 电磁兼容符合 YY 9706.102-2021 标准要求 20. 运行噪声不大于 60dB(A) 21. 贮存温度：-20~40℃ 22. 电源电压：220V~ 23. 电源频率：50Hz 24. 输入功率：50VA 25. 特色 寸超大全触摸电容液晶显示屏；具备语音提示；外置积液瓶，可随时检查内部积液情况，便于清理与更换；具有两组自定义方案可设置；具有工作状态参数锁定的功能；手柄连接线选取航空材料，负压管隐藏于手具内部，超能实现气路电路一体化设计。							
2	阴道分泌物分析仪	LTS-V800	1. 全自动一体机：实现一次性完成镜检和生化检测项目，要求镜检和生化检测部分必须为一体机，无需外置显微镜、显示屏等设备。 2. 生化检测项目：PH 值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶六联检测，可扩展其他项目。 3. 镜检项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、小圆上皮细胞、乳酸杆菌、线索细胞、霉菌（菌丝、孢子、芽孢）、滴虫、清洁度等，可扩展其他项目。 4. 报告项目：AI 评分、Nugent 评分、清洁度、菌群密集度、菌群多样性、优势菌、真菌感染（菌丝、孢子、芽生孢子）； 5. 全自动模拟人工镜检技术：实现自动加样至载玻片，自动盖片、压片等制片过程，完全模拟手工镜检，涂片均匀，显微镜下成像清晰度高，降低因为分层引起的漏检。 6. 一机多测：支持湿片镜检（红色或无色）和生化检测一机多测，可进行灵活组合，满足不同检验需求。 7. 原厂产品注册证：工作站、配套使用试剂和阴道炎联检试剂盒质控品及有形成分质控均取得原厂产品注册证，批内阴性、阳性质控率大于等于 98%。	1	套	丽拓生物	珠海	4.9	4.9

		8. 检测过程中需要使用其他配套耗材一律包含在试剂盒报价内 9. 试剂供货期限：2 年。期间如遇国家政策调整，按照国家政策执行。 10. 提供设备与医院 LIS 系统无缝连接服务，可与医院的信息管理系统联网，实现检测结果的共享及病例信息管理的标准化。 11. 独特玻片技术：非流动计数池，采用独特设计的一次性细胞计数板，自动涂片盖片，防止镜头交叉污染，保证标本层次分明，避免重叠现象，检测完成后直接废弃，有效避免交叉污染。 12. 全自动镜检技术：内置高端进口显微镜，实现显微镜自动对焦、自动切换高低倍镜(10x, 40x)，符合标准镜检要求，保证对焦景深，全视野高像素镜检，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传。 13. 湿片镜检(红色或无色)技术：可选择性自动滴加白带染色液，可自动混匀、自动涂片、自动盖片压片、自动清洗加液针，提高病原体检出率，避免出现漏检误检。 14. 人工智能大数据识别技术：收集大量临床对比数据建立数据库，提取图像特征，匹配数据库，实现自动判别镜检结果，识别准确性不低于 90%, 并能生成由镜检和生化检测结果合并的图文并茂的检测报告。 15. 视频捕捉技术：针对每个高倍镜视野具有视频录制功能，可动态观察标本多层析图像，捕捉滴虫运动轨迹，提高检出率。 16. 全自动生化检测技术：集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗、吸样加样装置为一体，与人肉眼判读结果符合率不低于 95%。 17. 检测灵活性：可根据临床要求对镜检方式、温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利。 18. 加样准确：加样针取样，保证样本量，加样准确度误差不超过$\pm 10\%$, 变异系数应不超过 5%。吸样加样装置进行内外清洗，避免了加样的交叉感染，并能防治管道堵塞。					
--	--	---	--	--	--	--	--

		19. 检测速度快：一次可进样 30 个样本，随到随检，批量检测速度 60 个标本/小时，预留 5 个急诊位。 20. pH 结果判读准确：PH 孔样本要求在温育之前判定结果，以保证此样本不会因温育而挥发，使 PH 值读数更准确； 21. 精确颜色判读：颜色判读在密封的暗室中完成，有效的避免了自然光对判读结果的影响和干扰，使检测结果更准确； 22. 检测流程的实时状态监控：友好的人机对话界面，可实时监控每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控； 23. 自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载玻片和检测卡，有效避免因漏放玻片和检测卡造成的假阴性或假阳性。检测完毕后，自动废弃检测卡和玻片至废弃槽，废弃槽满仪器具备自动提醒功能。 24. 可扩展功能：可拓展白带分析前处理仪，组成一体化全自动流水线。全封闭、原始采样管直接上机操作，可实现样本的自动扫描、定量稀释、挤压混匀、传送检测等，彻底解放人工。							
3	丙肝病毒核酸检测提取仪	EX3600 Plus	1. 样本通量：可根据样本数自行设置，单台设备一次运行最多可处理样本数 108 个； 2. 处理体积：20 ~1000μl； 3. 磁珠收集效率：≥95%，极大程度降低核酸损失； 4. 磁珠粒径：平均>1μm； 5. 污染控制：内置紫外灯清除可能产生的核酸污染；常温裂解提取最大化消除气溶胶产生的可能性； 6. 磁棒：36（8，12，16，24，32，36 可以独立拆卸）； 7. 深孔板位数：1 块，2 块，3 块，可自由选择； 8. 加热模块：有有加热模块包含 4 块加热模块和无加热模块两种选择，供货时可自由选择； 9. 加热温度：有加热模块的加热温度 10~99° C，无加热模块的加热温度	1	套	之江生物	上海	9.9	9.9

		10~40° C; 10. 噪音分贝: ≤60dB; 11. 深孔板类型: 微量 96 深孔板 (20 ~1000μl); 12. 显示器: 有显示器; 13. 配备读取条形码跟踪样本功能; 14. 程序设置: 具有创建、修改、保存和删除等功能; 15. 提供设备与本院 LIS 系统无缝连接服务; 16. 外形: 55cm×50cm×45cm; 17. 震荡模块: 配置多种震荡频率, 可根据样本特点设置震荡频率和时间, 以达提取效率最大化; 18. 安全性: 仪器全程自动、封闭操作, 配合一次性耗材, 最大程度降低化学试剂及病原微生物对操作者造成危害的风险;							
4	微生物药敏分析系统	BSP-TB96	1. 仪器可实现 96 孔板药敏实验结果的图像采集, 自动判读药敏实验结果, 并可在图像上对临界值和判读结果进行标记, 无需人工记录药敏结果。可全自动生成实验报告, 无需人工干预介入; 2. 仪器由图像采集装置、随机软件组成。图像采集装置包括: 托盘运动模式、相机移动模块、相机模块、控制电路; 3. 全中文判读系统: 计算机端人机交互, 具有人工复核功能, 可根据样本信息对报告进行查阅; 具有开机自检复位功能; 4. 自动采集彩色图像, 可保存原图及带判读状态标记图片; 5. 具有数据存储、查询功能; 能自动生成、打印检验报告单; 6. 完成 1 个 96 孔板判读时间≤3min。 7. 对质控菌株药物定性测定的准确率≥90%; 8. 对质控菌株药物定性测定的重复性≥90%; 9. 具备单测试、双测试双接种。≥2 个自定义模板, 可根据客户实际操作需求对报告单格式进行修改, 满足实验室报告单的定制化需要;	1	套	贝索生物	珠海	7.95	7.95

5	超声破碎仪	F2P-1	1. 超声波输出频率：40KHz±5KHz； 2. 水槽容量：10L±5%； 3. 工作时间：20min； 4. 可同时处理 56 个样本 (1.5mL 离心管)/48 个样本 (7mL 样本管)； 5. 使用水作为介质，保证每个样本破碎的均匀性 6. 处理时间：20 分钟完成处理； 7. 不产生废弃物，有害垃圾； 8. 一键启动，无需设置 9. 触控屏控制和监测实验过程和介质温度等 10. 使用环境 环境温度范围：5℃～40℃； 环境湿度范围：30%～75%； 大气压力范围：700hPa~1060hPa； 电源电压：a. c. 220V±22V、50Hz±1Hz； 电源条件：a. c. 220V、50Hz； 输入功率：≤600VA； 输出功率：300W±20%； 外形尺寸：310X250X137 (mm) ±10%； 水槽尺寸：300X140X150 (mm) ±5%；	1	套	仁度生物	上海	2.79	2.79
合计									35.34

供应商名称（公章）： 济南和众源生物科技有限公司

法定代表人或授权代表签章： 杨永臻

备注：请将报价用小写数字填写；单价中包含项目交付直至验收合格的所有费用否则为无效投标。